

POTILASTAPAUS – LÄÄKINTÄLASERHOITOLAITTEEN, B-CURE LASER PRO (LLLT), TEHOSTA 3 VUOTTA AUKI OLLEEN DIABEETTISEN HAAVAN PARANTUMISEN EDISTÄMISESSÄ

Noora Korhonen, Jalkaterapeutti, Tampereen kaupunki / Diabetesvastaanotto

Diabeetikon sekamuotoisen haavan seisahnut paraneminen saatiin elvytettyä lääkintälaserterapian (B-Cure Laser PRO (LLLT)) lisäyksestä hoitoprotokollaan.

Tausta:

Potilas on 83- vuotias mies, joka sairastaa tyyppin II diabetesta. Lisäksi hänellä on sydämen vajaatoiminta, sydämentahdistin ja eteisvärinän takia verenohennuslääkitys käytössä.

Molempien jalkojen laskimosuonia vaahtooidettu kolmesti. Tukisukat päivittäisessä käytössä.

Vasemman jalkaterän mediaalimalleolin seutuun auennut sekamuotoinen haava 11/2016. Haavaa on hoidettu sekä perusterveydenhuollossa että erikoissairaanhoidossa. Suurimmillaan haavan koko ollut 6 x 7 cm alkuvuodesta 2017.

Alkuvuodesta 2020 haava oli kooltaan 18 mm x 11 mm, jolloin haavalle aloitettiin lääkintälaserterapia B-Cure Laser pro-laitteella muun haavanhoidon lisänä.

Hoidon toteutus:

Laseria annettiin haavalle hoitojakson aikana kaksi kertaa viikossa kahden minuutin ajan muun haavanhoidon yhteydessä. Jalkaturvotusta eikä haavakipua esiintynyt haavalla hoidon alkaessa, eikä hoidon edetessä.




Kuva ennen Laserhoidon aloitusta

Hoidon eteneminen ja lopputulos:

Kaksi viikkoa laserterapian aloituksesta haava oli kooltaan 15x8 mm.

Kuukausi laserterapian aloituksesta haava oli pienentynyt edelleen ja oli kooltaan 12x6mm.




Laserterapiaa jatkettiin edelleen kuukauden hoitojakson jälkeen kahdesti viikossa kahden minuutin ajan.

Kuusi viikkoa laserterapian aloituksesta haava oli kooltaan 11x5mm.



Kahden kuukauden laserterapian jälkeen haava oli kooltaan 9x5mm.



Kokemukset hoidosta:

Kahden kuukauden laserterapian aikana haava pieneni noin puolella.
Laitetta oli helppo ja nopea käyttää. Laitteen sai hyvin puhdistettua

Haavanhoitotuotteet olivat samat koko laserterapian aikana.

LISÄTIETOA LAITTEESTA JA TEKNOLOGIASTA

Terveystekniikka Valko Oy
www.terveystekniikka.fi

Sanna Selenius
Tel. 0400 490 610
sanna@terveystekniikka.fi

